



Ruda Śląska, dnia 13.11.2017 r.

Fundacja „Unia Bracka”

ul. Kokota 172
Ruda Śląska 41-711
tel. 32 240 10 65
fax 32 240 10 65 wew. 105
e-mail: fundacja@uniabracka.pl

NIP 954-13-02-823
REGON 270234496
KRS NR 0000085516
PODMIOT LECZNICZY
NR 000000021307
NR KONTA PKO BP
65 1020 2401 0000
0602 0216 4622

Przychodnie Fundacji

„Unia Bracka”

Bytom

Przychodnia Bracka BOBREK
Przychodnia Bracka MIECHOWICE

Gliwice

Przychodnia Bracka GLIWICE
Przychodnia Bracka SOŚNICA

Katowice

Przychodnia Bracka przy GIG
Przychodnia Bracka OSIEDŁOWA
Przychodnia Bracka MURCKI
Przychodnia Bracka STASZIC
Przychodnia Bracka WUJEK

Knurów

Przychodnia Bracka KNURÓW
Przychodnia Bracka SZCZYGŁOWICE

Mysłowice

Przychodnia Bracka MYSŁOWICE
Przychodnia Bracka WESOŁA
Przychodnia Bracka na CHOPINA

Ruda Śląska

Przychodnia Bracka BIELSZOWICE
Przychodnia Bracka HALEMBA
Przychodnia Bracka POKÓJ
Przychodnia Bracka POLSKA-WIREK
Przychodnia Bracka ŚLĄSK

Sosnowiec

Przychodnia Bracka PORĄBKA-KLIMONTÓW
Przychodnia Bracka KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zabrze

Przychodnia Bracka MAKOSZOWY
Przychodnia Bracka ZABRZE

Pytanie Nr 1

„Zakup odczynników do oznaczeń koagulacyjnych wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy”

Nr sprawy: 43/17/NZ

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora posiadającego 1 statyw mieszczący 32 probówki, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora posiadającego 1 statyw mieszczący 32 probówki, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora posiadającego wyłącznie zewnętrzny czytnik kodów kreskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie analizatora posiadającego wyłącznie zewnętrzny czytnik kodów kreskowych.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający uzna za wystarczające na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia złożenie wykazu dostaw dla odczynników (np. biochemicznych, hematologicznych lub immunologicznych) wraz z dzierżawą analizatora.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia dokumentów zgodnych z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Rozdział IV ust 1. pkt 1.2, tj. dołączenia wykazu wykonanych minimum 3 dostaw odczynników do oznaczeń koagulacyjnych wraz z dzierżawą analizatora.





Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie nazwy laboratoryjnego systemu informatycznego, do którego ma być wpięty analizator.

Odpowiedź:

System informatyczny: Lis – tech. Zamawiający informuje, iż trwa postępowanie mające na celu zakup nowego oprogramowania.

Pytanie nr 5:

Prosimy o zmianę wartości od której naliczane będą kary w paragrafie 5 ust.1 lit a) na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości od której naliczane będą kary umowne.

Fundacja „Unia Bracka”

ul. Kokota 172
Ruda Śląska 41-711
tel. 32 240 10 65
fax 32 240 10 65 wew. 105
e-mail: fundacja@uniabracka.pl

NIP 954-13-02-823
REGON 270234496
KRS NR 000008516
PODMIOT LECZNICZY
NR 00000021307
NR KONTA PKO BP
65 1020 2401 0000
0602 0216 4622

**Przychodnie Fundacji
„Unia Bracka”**

Bytom
Przychodnia Bracka BOBREK
Przychodnia Bracka MIECHOWICE

Gliwice
Przychodnia Bracka GLIWICE
Przychodnia Bracka SOŚNICA

Katowice
Przychodnia Bracka przy GIG
Przychodnia Bracka OSIEDŁOWA
Przychodnia Bracka MURCKI
Przychodnia Bracka STASZIC
Przychodnia Bracka WUJEK

Knurów
Przychodnia Bracka KNURÓW
Przychodnia Bracka SZCZYGLOWICE

Mysłowice
Przychodnia Bracka MYŚLOWICE
Przychodnia Bracka WESOŁA
Przychodnia Bracka na CHOPINA

Ruda Śląska
Przychodnia Bracka BIELSZOWICE
Przychodnia Bracka HALEMBA
Przychodnia Bracka POKÓJ
Przychodnia Bracka POLSKA-WIREK
Przychodnia Bracka ŚLĄSK

Sosnowiec
Przychodnia Bracka PORĄBKA-KLIMONTÓW
Przychodnia Bracka KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zabrze
Przychodnia Bracka MAKOSZOWY
Przychodnia Bracka ZABRZE

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Działalności Leczniczej

Janusz Markowicz

Wiceprezes Zarządu

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
PREZES ZARZĄDU

Przemysław Zawadzki

Prezes Zarządu

