

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA I Z DNIA 19.12.2017 r.

ANALIZATOR			
L.p.	Przedmiot zamówienia - analizator	Dane urządzenia oferowanego przez Wykonawcę	
1	Nazwa i typ		
2	Producent		
3	Kraj pochodzenia		
4	Rok produkcji - analizator fabrycznie nowy lub używany (rok produkcji - nie starszy niż 2015)		
warunki graniczne analizatora			
L.p.	Wymagania i parametry	Warunki wymagane	Warunki oferowane (należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy/i/lub opisać oferowane)
1	Wydajność minimalna, nie mniej niż 240 ozn. /godz.	TAK	
2	Dokument-deklaracja zgodności CE z wymogami UE	TAK	
3	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora umożliwiające ich ciągłe przechowywanie	TAK	
4	Automatyczne rozcieńczenie lub zmiana objętości po przekroczeniu liniowości metody	TAK	
5	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników	TAK	
6	Materiał kontrolny wieloparametrowy	TAK	

7	Pobieranie materiału z próbek pierwotnych	TAK	
8	W przypadku konieczności dostosowania pomieszczenia laboratoryjnego do warunków instalowanego analizatora koszty dostosowania ponosi Wykonawca	TAK	
9	Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”	TAK	
10	Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora	TAK	
11	Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą barkodu	TAK	
12	Automatyczny podajnik próbek , z możliwością dowolnego w czasie dokładania statywów z probówkami, podajnik z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych	TAK	
13	Analizator zaopatrzony w drukarkę o dużej wydajności, dodatkowy komputer, monitor 24”, UPS, ręczny skaner kodów kreskowych	TAK	
14	Instrukcje obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji analizatora w języku polskim	TAK	
15	Włączenie analizatora do systemu informatycznego laboratorium na koszt dostawcy	TAK	
16	Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium	TAK	
17	Materiał kontrolny dedykowany dla aparatu zawarty w ofercie	TAK	
18	Program kontroli jakości z funkcją graficznego przedstawiania pozwalający ocenić wyniki kontroli w czasie rzeczywistym	TAK	
19	Program jakości dla wszystkich parametrów oznaczany na analizatorze	TAK	
20	Instrukcje obsługi analizatora i metodyki badań w języku polskim dostarczone wraz z instalacją analizatora	TAK	
21	Dostarczenie, zainstalowanie analizatora , podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego i przeszkolenie personelu ZDL (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi analizatora w ciągu 10 dni roboczych od chwili podpisania umowy	TAK	
22	Aktualizacja szkoleń personelu według potrzeb Zamawiającego - poprzez udział pracowników w szkoleniach organizowanych przez Wykonawcę na terenie ZDL Fundacji "Unia Bracka"	TAK	
23	Wykonawca udzieli na czas dzierżawy analizatora gwarancji na analizator		

	i wszystkie jego części składowe. W ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw i konserwacji analizatora części zamienne będą na koszt Wykonawcy	TAK	
24	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania umowy	TAK	
25	Zapewnienie autoryzowanego serwisu producenta oraz serwisu merytorycznego.	TAK	
26	Analizator objęty gwarancją oraz bezpłatnym serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa, montaż analizatora oraz przeglądy i niezbędne naprawy w przypadku awarii(w trakcie trwania umowy). Ilość przeglądów zgodna z instrukcją techniczną analizatora, nie rzadziej niż co 6 miesięcy	TAK	
27	Usunięcie awarii analizatora lub aparatury stanowiącej jego integralną część w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego (fax,e-mail)	TAK	
28	Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonanie badania lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczaniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy	TAK	
29	Zabezpieczenie wykonania badań w przypadku awarii analizatora. W przypadku niesprawności analizatora trwającej dłużej niż 24 godzin (dotyczy całego panelu badań oznaczanych na analizatorze) następuje wykonanie badań w innym laboratorium wskazanym przez Zamawiającego. Transport materiału i koszt wykonania badań ponosi Wykonawca	TAK	

ODCZYNNIKI IMMUNOCHEMICZNE			
L.p.	Wymagania dotyczące odczynników	Warunki wymagane	Warunki oferowane (należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy/i/lub opisać oferowane)
1	Odczynniki w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawianie ich do analizatora	TAK	
2	Odczynniki muszą posiadać aplikacje do dzierżawionego analizatora immunochemicznego	TAK	
3	Aplikacje muszą być autoryzowane przez producenta odczynników	TAK	
4	Aplikacje muszą posiadać polską instrukcję wykonania, opis zasady metody, i wielkość opakowania	TAK	
5	Opakowania muszą posiadać kody kreskowe umożliwiające analizatorowi odczytanie następujących informacji o odczynniku: rodzaj testu, nr serii, wielkość i nr opakowania	TAK	
6	Trwałość odczynników minimum 9 miesięcy od daty dostawy	TAK	
7	Wymagane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub oświadczenia o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych należy przesłać w formie papierowej wraz z pierwszą dostawą odczynników	TAK	
8	Do podanej ilości wykonywanych badań należy doliczyć badania kontrolne wykonywane 5 razy w tygodniu na 1 poziomie oraz oznaczenia wykonywane w ramach uczestnictwa w kontroli zewnętrznej	TAK	
9	Zabezpieczenie odpowiedniej ilości odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli ilości badań, kalibracji, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz powtórzeń wyników patologicznych (około 5%)	TAK	
10	Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy z analizatorem z podaniem wymaganej ilości i wyliczenie kosztów dla wykonania wymaganej ilości badań oraz kontroli i kalibracji, w okresie trwania umowy	TAK	

11	Wyrównanie strat odczynnikowych spowodowanych udokumentowaną niesprawnością analizatora	TAK	
12	Wyrównanie strat odczynnikowych wynikających z większego ich zużycia niż ilości zadeklarowane przez Wykonawcę w umowie. Kwoty wynikające ze zwiększonego niż deklarowane zużycia odczynników będą przez Wykonawcę wyrównywane w postaci korekt do wystawionych faktur. Kwoty korekt będą podawane przez Zamawiającego pisemnie: e-mailem lub FAX-em	TAK	
13	W przypadku nieprawidłowo wychodzącej kontroli wewnętrznej badania będą na koszt Wykonawcy wysyłane do podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca poniesie koszt wykonanych badań i ich transportu	TAK	
14	W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadającej końcowej ilości badań należy ilość opakowań zaoferowanych odczynników zaokrąglić do pełnego opakowania w górę	TAK	
15	Dostawa odczynników do 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia e-mailem lub FAX-em	TAK	
16	Czas reklamacji odczynników nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia w formie pisemnej e-mailem lub FAX-em do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w ciągu 48 godzin	TAK	
17	Po podpisaniu umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu informacje w formie pisemnej o sposobie postępowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi w procesie analitycznym w czasie pracy analizatora.	TAK	

.....
miejsce i data

.....
(pieczęćka i czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

