



Ruda Śląska, 08.02.2019 r.

Pytanie Nr 2

Fundacja „Unia Bracka”

ul. Kokota 172

Ruda Śląska 41-711

tel. 32 240 10 65

fax 32 240 10 65 wew. 105

e-mail: fundacja@uniabracka.pl

NIP 954-13-02-823

REGON 270234496

KRS NR 0000085516

PODMIOT LECZNICZY

NR 000000021307

NR KONTA PKO BP

65 1020 2401 0000

0602 0216 4622

Przychodnie Fundacji

„Unia Bracka”

Bytom

Przychodnia Bracka BOBREK

Przychodnia Bracka MIECHOWICE

Gliwice

Przychodnia Bracka GLIWICE

Przychodnia Bracka SOŚNICA

Katowice

Przychodnia Bracka OSIEDŁOWA

Przychodnia Bracka STASZIC

Przychodnia Bracka WUJEK

Knurów

Przychodnia Bracka KNURÓW

Mysłowice

Przychodnia Bracka MYŚŁOWICE

Przychodnia Bracka WESOŁA

Przychodnia Bracka na CHOPINA

Ruda Śląska

Przychodnia Bracka BIELSZOWICE

Przychodnia Bracka HALEMBA

Przychodnia Bracka POKÓJ

Przychodnia Bracka POLSKA-WIREK

Sosnowiec

Przychodnia Bracka PORĄBKA-KLIMONTÓW

Przychodnia Bracka KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zabrze

Przychodnia Bracka MAKOSZOWY

Przychodnia Bracka ZABRZE

**Zakup i dostawa czterech aparatów USG do Przychodni Brackich
Halemba, Knurów, Sośnica, Wesoła**

Nr sprawy: 9/19/NZ

1. Dotyczy: Pakiet 1, punktu 5.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z Dopplerem Pulsacyjnym wyposażonym w jedną bramkę.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza w/w aparatu.

2. Dotyczy: Pakiet 2, 3, punktu 8.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o odświeżaniu obrazu Frame Rate dla trybu B 1000 Hz.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza w/w aparatu.

3. Dotyczy: Pakiet 2,3, punktu 10.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o głębokości penetracji 1 – 30 cm.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż dopuszcza w/w aparat.

4. Dotyczy: Pakiet 2, 3, punktu 24.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o kącie korekcji bramki $\pm 89^\circ$.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż dopuszcza w/w aparat.

5. Dotyczy: Pakiet 2,3, punktu 40.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą liniową o 3 pasmach częstotliwości harmonicznych.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza w/w aparatu.

6. Dotyczy: Pakiet 2, punktu 47.


Proszę o wyjaśnienie podanego parametru.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż pole widzenia wynosi minimum 160°.

7. Dotyczy: Pakiet 2, punktu 54 i pakiet 3, punkt 50.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę endorektalną jednopłaszczyznową, ale o kącie obrazowania 220° i zakresie częstotliwości 3,0 – 9,0 MHz.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza w/w aparatu.



www.uniabracka.pl

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
KIEROWNIK

Zespołu Techniczno-Majątkowego.....

Joanna Kasperczyk

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
PREZES ZARZĄDU

Przemysław Zawadzki